

<b>STANDARD TECHNICZNY</b>	<b>ST-IGG-0208:2018</b>
<b>Ocena jakości gazów ziemnych Część 3 – Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym</b>	

## ERRATA

### Pkt. 8.2.4 str.13 równanie (2)

JEST	
$SW \leq \left  \frac{X_{ozn} - X_{wz}}{X_{wz}} \right $	(2)
POWINNO BYĆ	
$SW \geq \left  \frac{X_{ozn} - X_{wz}}{X_{wz}} \right $	(2)

### Pkt. 8.2.5 str. 13 równanie (3)

JEST	
$S \leq \left  \frac{X_{ozn^*} - X_{wz^*}}{X_{wz^*}} \right $	(3)
POWINNO BYĆ	
$S \geq \left  \frac{X_{ozn^*} - X_{wz^*}}{X_{wz^*}} \right $	(3)